

平成 30 年産米の放射性物質検査の結果について

過日、茨城県において、平成 30 年産米の放射性物質検査を実施したところ、全てにおいて放射性物質は、検出されませんでした。

つきましては、常陸太田市の平成 30 年産米について、安全性が確認されたので安心してご賞味ください。

茨城県による平成 30 年産米の放射性物質検査【常陸太田市】

検査区域	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム合計
常陸太田市	検出せず (<3.6)	検出せず (<4.2)	検出せず (<7.8)

(単位:ベクレル/キログラム)

検査機関：茨城県環境放射線監視センター

検査機器の種類：Ge (ゲルマニウム半導体検出器)

※「検出せず」の後ろの () 内の数値は検出下限値

※基準値：一般食品放射性セシウム (Cs-134, Cs-137) 100 ベクレル/キログラム